

iSense

Entspannungs-Management am PC

Systemanforderungen und technische Daten
Mindestanforderungen an den PC:

Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP

CPU mit 500 Mhz

32 MB RAM

16-Bit Farbtiefe

Mindestauflösung 800x600

Für iSense - seriell:

- 350 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Eine freie serielle Schnittstelle
- Ein PS/2 Port (Tastatur- oder Mausschnittstelle)

Für iSense - USB:

- 370 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Eine freie USB-Schnittstelle



Technische Daten des Messgerätes:

Spannung 5V DC, 70 mA

Schutzklasse II

Galvanische Trennung 8 mm Kriech- und Luftstrecken

Prüfspannung 3.750 Veff

Auflösung des Hautleitwertes: 16 Bit

Auflösung der Temperatur: 12 Bit

Abtastrate 5 Hz

Maximaler Messstrom für Hautleitwert: 2,35 Mikroampere



iSense

Kooperationspartner

Herbert Aufreiter • Am Streitstein 17 • D-64646 Heppenheim

Tel.: +49 (0) 6252 9655063 • Fax.: +49 (0) 6252 982351

www.entspannungs-management.de

vertrieb@entspannungs-management.de

USt-IdNr.: DE 183059852